

HIKONEB 908 DC NEBULİZATÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ısıtıcı sistemi elektronik ayarlanabilir, otomatik kontrollü olmalıdır.
2. Cihazda buhar ayarı 9 kademedede, hava ayarı 9 kademedede, sıcaklık ayarı 9 kademedede dijital olmalı ve 90 dakikalık timer olmalıdır.
3. Cihazda kullanılan su haznesi, şeffaf polikarbonat mamül olup, 650ml olmalıdır.
4. Hazne kapağı üzerinde kanül sistemi içermeli, hem normal uygulamalarda hem de ilaç uygulamalarında aynı kapak kullanılmalıdır.
5. Haznede su azaldığında veya tam takılmadığında ışıklı ve sesli ikaz bulunmalıdır.
6. Cihazdaki su haznesi tek elle sökülüp takılabilmeli, kristali kullanıcı tarafından da teknik servis gerek olmadan değişebilmelidir.
7. Cihazda hasta solunumuna maruz kalan parçalar otoklavlanabilmelidir
8. Cihazda bir litre kapasiteli vida kapaklı şişe, özel cam infüzyon şişesi ile birlikte 2'si kilitlenebilen 5 tekerlekli, hareketli bir stand üzerine monte edilmiş ve aerosol hortumu her yöne çevrilebilen, sabitlenebilen flexible bir destek üzerine yerleştirilmiş olmalıdır.
9. Cihazda hem bakteri hem de hava filtresi olmalıdır.
10. Cihaz 220Volt/50Hz (+/-10 toleranslı) şehir cereyanı ile çalışmalıdır.
11. Cihaz 1.7 MHz vibrasyon frekansına sahip olmalıdır.
12. Cihaz 24 saat kesintisiz çalışabilmeli ve sıvı nemlendirme kapasitesi 0-5 ccm/dakika aralığında ayarlanabilmelidir.
13. Cihaz 0.8-6 mikron arasında partikülüzasyon yapabilme özelliği olmalıdır. Gücü 70 wattan fazla olmamalıdır.
14. Cihazda ilaç uygulamaları için ilaç kabı ve oksijen adaptörü de bulunmalıdır.
15. Cihaz metal kasa gövdesine sahip olmalı ve IP 44 koruma sınıfına dahil olmalıdır.
16. Cihaz TSEK kalite belgesine sahip olmalıdır.
17. Cihaz imalat hatalarına karşı 3 (ÜÇ) yıl ve yedek parça temin garantisi ücreti mukabilinde 10 (ON) yıl süre ile garantili olmalıdır.